




181512052055



尚石民通

# 检测报告

报告编号：尚石检字（2022）第 08047 号



SSJC202208047

项目名称：地下水检测

检测类别：委托检测

委托单位：瑞阳制药股份有限公司

报告日期：2022 年 09 月 05 日

山东尚石民通环境检测有限公司

（加盖检测专用章）



一、基本信息

项目 基 本 信 息	委托单位	瑞阳制药股份有限公司		
	检测地点	淄博市沂源县经济开发区-荆山路南北厂区		
	采样日期	2022年08月20日		
	检测日期	2022年08月20日-2022年08月27日		
	检测项目	地下水: 色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、PH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类(以苯酚计)、阴离子表面活性剂、耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以O <sub>2</sub> 计)、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐(以N计)、硝酸盐(以N计)、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性、二氯甲烷、甲醇、丙酮共42项。		
	样品描述	D1-G1、D2-G1: 无色、无异味、无肉眼可见物; D3-G1: 淡黄色、无异味、无肉眼可见物。		
	工况描述	/		
检测 单 位 基 本 信 息	检测单位	山东尚石民通环境检测有限公司		
	单位地址	淄博市高新区青龙山路9009号仪器仪表产业园 12号楼B座4层		
	联系电话	0533-3980508	电子邮箱	sdsskjjc@163.com
	编制人	新恭岭		
	审核人	武明		
	批准人	牛立霞		
	签发日期	2022.08.25		

## 二、质量控制和质量保证

<p>质控依据</p>	<p>《环境监测方法标准实用手册》； 《地下水环境监测技术规范》HJ 164-2020； 《环境水质监测质量保证手册》； 《水质样品的保存和管理技术规定》HJ 493-2009。</p>
<p>质控措施</p>	<p>监测人员持证上岗，测试仪器经计量部门检定，在有效期内； 使用经国家计量部门授权生产的有证标准物质进行量值传递； 样品按要求保存，并在规定期限内分析完毕； 实验室内进行质控样、平行样或加标回收样品的测定。</p>

## 三、检测技术规范、依据及使用仪器

序号	分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	仪器编号	检出限
1	色度	铂-钴标准比色法	GB/T5750.4-2006 1.1	比色管	/	5 度
2	嗅和味	嗅气和尝味法	GB/T5750.4-2006 3.1	/	/	/
3	浑浊度	目视比浊法-福尔马肼标准	GB/T5750.4-2006 2.1	/	/	1 NTU
4	肉眼可见物	直接观察法	GB/T5750.4-2006 4.1	/	/	/
5	pH 值	玻璃电极法	HJ 1147-2020	PHB-4 型便携式 PH 计	SSJC/B-101	/无量纲
6	总硬度	乙二胺四乙酸二钠滴定法	GB/T5750.4-2006 7.1	/	/	1.0 mg/L
7	溶解性总固体	称量法	GB/T 5750.4-2006 8.1	FA2204 电子天平	SSJC/A-001	4mg/L
8	硫酸盐	铬酸钡分光光度法	HJ/T 342-2007	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-003	2mg/L

检测报告包括封面、报告说明、正文，并盖有检验检测专用章和骑缝章

# 山东尚石民通环境检测有限公司

尚石检字（2022）第 08047 号

第 3 页 共 7 页

序号	分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	仪器编号	检出限
9	氯化物	硝酸银容量法	GB/T 5750.5-2006 2.1	/	/	1.0 mg/L
10	铁	火焰原子吸收分光光度法	GB/T 11911-1989	TAS-990 原子吸收分光光度计	SSJC/A-004	0.03mg/L
11	锰	火焰原子吸收分光光度法	GB/T 11911-1989	TAS-990 原子吸收分光光度计	SSJC/A-004	0.01mg/L
12	锌	火焰原子吸收分光光度法	GB/T5750.6-2006 5.1	TAS-990 原子吸收分光光度计	SSJC/A-004	0.0125 mg/L
13	铝					1.15µg/L
14	铜	电感耦合等离子体质谱法	HJ 700-2014	Agilent 7800 ICP-MS 电感耦合等离子体质谱仪	SSJC/A-100	0.08µg/L
15	镉					0.05µg/L
16	铅					0.09µg/L
17	挥发酚（以苯酚计）	4-氨基安替吡啉分光光度法	HJ 503-2009	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-003	0.0003mg/L
18	阴离子表面活性剂	亚甲基蓝分光光度法	GB 7494-1987	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-045	0.050mg/L
19	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> ，以 O <sub>2</sub> 计)	酸性高锰酸钾滴定法	GB/T5750.7-2006 1.1	滴定管	/	0.05mg/L
20	氨氮	纳氏试剂分光光度法	GB/T5750.5-2006 9.1	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-045	0.02mg/L
21	硫化物	亚甲基蓝分光光度法	HJ 1226-2021	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-045	0.003mg/L
22	钠	火焰原子吸收分光光度法	GB/T 11904-1989	TAS-990 原子吸收分光光度计	SSJC/A-004	0.004mg/L
23	菌落总数	平皿计数法	GB/T5750.12-2006 1.1	303A-4 电热恒温培养箱	SSJC/A-080	1CFU/mL
24	总大肠菌群	多管发酵法	GB/T5750.12-2006 2.1	303A-4 电热恒温培养箱	SSJC/A-080	2MPN/100mL
25	亚硝酸盐氮	重氮耦合分光光度法	GB/T5750.5-2006.10.1	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-045	0.001mg/L

检测报告包括封面、报告说明、正文，并盖有检验检测专用章和骑缝章

# 山东尚石民通环境检测有限公司

尚石检字(2022)第08047号

第4页共7页

序号	分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	仪器编号	检出限
26	硝酸盐氮	麝香草酚分光光度法	GB/T 5750.5-2006 3.1	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-003	0.5mg/L
27	氰化物	异烟酸巴比妥酸分光光度法	GB/T5750.5-2006 4.2	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-045	0.002mg/L
28	氟化物	离子选择电极法	GB 7484-87	PXSJ-216 型离子计	SSJC/A-052	0.05mg/L
29	碘化物	高浓度碘化物比色法	GB/T5750.5-2006 11.2	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-045	0.05mg/L
30	汞	原子荧光法	HJ 694-2014	PF3 原子荧光光度计	SSJC/A-005	0.04μg/L
31	砷	原子荧光法	HJ 694-2014	PF3 原子荧光光度计	SSJC/A-005	0.3μg/L
32	硒	原子荧光法	HJ 694-2014	PF3 原子荧光光度计	SSJC/A-005	0.4μg/L
33	铬(六价)	二苯碳酰二肼分光光度法	GB/T5750.6-2006 10.1	TU-1810 紫外可见分光光度计	SSJC/A-003	0.0044mg/L
34	三氯甲烷	吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	Agilent7890B/5977BGC-MSD 气相色谱质谱联用仪	SSJC/A-091	0.4μg/L
35	四氯化碳					0.4μg/L
36	苯					0.4μg/L
37	甲苯					0.3μg/L
38	二氯甲烷					0.5μg/L
39	总α放射性	总α放射性的测定-厚源法	HJ 898-2017	WIN-8Aαβ测量仪	SSJC/A-041	4.3×10 <sup>2</sup> Bq/L
40	总β放射性	总β放射性的测定-厚源法	HJ 899-2017	WIN-8Aαβ测量仪	SSJC/A-041	1.5×10 <sup>2</sup> Bq/L
41	甲醇	顶空/气相色谱法	HJ 895-2017	GC-2014C 型气相色谱仪	SSJC/A-020	0.2mg/L
42	丙酮	顶空/气相色谱法	HJ 895-2017	GC-2014C 型气相色谱仪	SSJC/A-020	0.02mg/L

检测报告包括封面、报告说明、正文，并盖有检验检测专用章和骑缝章

## 四、检测结果

序号	检测项目	检测点位/样品编号			限值	单位
		D1-G1 新厂区北区生物药 车间北侧 DSRY220820-1-1	D2-G1 新厂区北区危化库 西 DSRY220820-2-1	D3-G1 新厂区南区污水处 理站周边 DSRY220820-3-1		
1	色度	5	<5	5	15	度
2	嗅和味	无嗅、无味	无嗅、无味	无嗅、无味	/	/
3	浑浊度	2.4	2.3	2.7	3	NTU
4	肉眼可见物	无	无	无	/	/
5	pH值	7.5	7.6	7.4	6.5-8.5	无量纲
6	总硬度	329	268	393	450	mg/L
7	溶解性总固体	529	467	626	1000	mg/L
8	硫酸盐	114	140	113	250	mg/L
9	氯化物	51.5	34.8	85.3	250	mg/L
10	碘化物	ND	ND	ND	0.08	mg/L
11	硫化物	ND	ND	0.004	0.02	mg/L
12	挥发酚(以苯酚计)	ND	ND	ND	0.002	mg/L
13	阴离子表面活性剂	ND	ND	ND	0.30	mg/L
14	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> , 以 O <sub>2</sub> 计)	0.52	0.85	0.95	3.0	mg/L
15	氨氮	ND	ND	ND	0.50	mg/L

检测报告包括封面、报告说明、正文,并盖有检验检测专用章和骑缝章

# 山东尚石民通环境检测有限公司

尚石检字（2022）第08047号

第6页共7页

序号	检测项目	检测点位/样品编号			限值	单位
		D1-G1 新厂区北区生物药车间北侧 DSRY220820-1-1	D2-G1 新厂区北区危化库西 DSRY220820-2-1	D3-G1 新厂区南区污水处理站周边 DSRY220820-3-1		
16	总大肠菌群	ND	ND	ND	3.0	MPN/100mL
17	菌落总数	62	41	52	100	CFU/mL
18	硝酸盐	7.76	7.05	1.33	20.0	mg/L
19	亚硝酸盐	0.007	0.003	0.006	1.00	mg/L
20	氟化物	0.398	0.385	0.414	1.00	mg/L
21	氰化物	ND	ND	ND	0.05	mg/L
22	铬（六价）	ND	ND	ND	0.05	mg/L
23	总α放射性	ND	ND	ND	0.5	Bq/L
24	总β放射性	0.088	0.070	0.088	1.0	Bq/L
25	钠	136	180	85.0	200	mg/L
26	铁	0.06	0.06	0.09	0.30	mg/L
27	锰	ND	ND	ND	0.10	mg/L
28	锌	ND	ND	0.013	1.00	mg/L
29	铝	13.6	20.5	6.15	200	μg/L
30	铜	1.61	1.19	1.30	1000	μg/L
31	镉	0.05	ND	0.05	5	μg/L

检测报告包括封面、报告说明、正文，并盖有检验检测专用章和骑缝章

序号	检测项目	检测点位/样品编号			限值	单位
		D1-G1 新厂区北区生物药 车间北侧 DSRY220820-1-1	D2-G1 新厂区北区危化库 西 DSRY220820-2-1	D3-G1 新厂区南区污水处 理站周边 DSRY220820-3-1		
32	铅	0.19	0.14	0.30	10	μg/L
33	汞	ND	ND	ND	1	μg/L
34	砷	ND	ND	ND	10	μg/L
35	硒	ND	ND	ND	10	μg/L
36	三氯甲烷	ND	ND	ND	60	μg/L
37	四氯化碳	ND	ND	ND	2.0	μg/L
38	苯	ND	ND	ND	10.0	μg/L
39	甲苯	ND	ND	ND	700	μg/L
40	二氯甲烷	ND	ND	ND	20	μg/L
41	甲醇	ND	ND	ND	/	mg/L
42	丙酮	ND	ND	ND	/	mg/L
备注		1、“ND”表示未检出或小于检出限； 2、本次地下水检测项目执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表 1 III类水限值。				

\*\*\*\*\* 报 告 结 束 \*\*\*\*\*





图例:



土壤采样点



地下水采样点

瑞阳制药股份有限公司(荆山路南北厂区) 采样布点图